

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico 90012/2025

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento feito pelo sr. Matheus Alúcio, Auxiliar de Licitações, representante da empresa SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ: 10.201.443/0001-02, em relação ao certame licitatório nº **90012/2025**, na modalidade de **Pregão Eletrônico**, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de enfermagem / hospitalar para o atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde do Município, dando continuidade aos procedimentos realizados na Atenção Primária, através do Fundo Municipal de Saúde, e apresentamos as seguintes considerações:

Questionamento 1:

Quanto ao Item 43 PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA TERMO PARA ELETROCARDIOGRAFO 80 MM X 30 m.- O Termo de Referência solicita "Bobina de papel para eletrocardiógrafo, medindo 80 mm de largura x 30m de comprimento, em papel termos sensível branco com gradeado". Gostaríamos de saber se serão aceitas bobinas que possuam as seguintes dimensões 80mmX 20M ?

Resp – O setor demandante respondeu que sim, serão aceitos produtos com as medidas 80x20.

Questionamento 2:

Quanto ao ITEM 55 OXIMETRO DIGITAL – O Termo de Referência solicita "Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C (não atendemos na integra, nosso equipamento trabalha com variação de temp entre 0 a 40" ". Gostaríamos de saber se será aceito equipamento que possua faixa de variação de 0 a 100% e `` Faixa Temperatura: -5 A 45 °C``nosso equipamento tem faixa de variação de temp operacional de O a 40°C?

Resp – O setor demandante respondeu que sim, serão aceitos produtos com essa variação de temperatura operacional.

Considerando que as alterações realizadas impactam a formulação da proposta, informamos que será publicada errata e o certame será remarcado para nova data e horário, a serem oportunamente divulgados.

Cantagalo, 10 de fevereiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
JANINE HUGUENIN MEIRELLES DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

Janine Huguenin Meirelles de Souza
Agente de Contratação