

ERRATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 480/2025
CREDENCIAMENTO Nº 90099/2025

A Prefeitura Municipal de Cantagalo-RJ torna pública a presente ERRATA referente ao Processo Administrativo nº 480/2025 – Credenciamento nº 90099/2025, cujo objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares para o cumprimento de Emenda Impositiva demonstrada no Ofício CJP/DAAP Nº 062 de 31/7/2024, cuja realização está a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo - RJ, sendo sua execução obrigatória até o fim do Exercício Financeiro de 2025.

1. Fica, neste ato, alterado o item 3 das tabelas constantes do item 1.2 do Edital, 5.2 do Estudo Técnico Preliminar e 1.3 do Termo de Referência, com a supressão da expressão “monitoramento fetal”, passando a ter a seguinte redação:

03	MONITOR MULTIPARAMETROS - Frequência cardíaca (FC), Pressão arterial não invasiva (PANI/NIBP), Saturação de oxigênio (SpO2), Frequência respiratória (FR), Temperatura corporal, Eletrocardiograma (ECG pelo menos 3 a 5 derivações), Capnografia (EtCO2), Pressão arterial invasiva (PAI), Débito cardíaco; Tela / Display: Tela colorida, tipo TFT/LCD/LED Tamanho mínimo de 10 polegadas, Interface gráfica amigável, Curvas e valores numéricos em tempo real; Alarmes: Alarmes visuais e sonoros ajustáveis, Com distinção de alarme técnico e fisiológico, Capacidade de configurar limites máximos e mínimos por parâmetro; Memória e Armazenamento: Histórico de eventos e alarmes, Capacidade de gravação de dados por pelo menos 24 horas, Registro de curvas e tendências; Conectividade e Mobilidade: Bateria recarregável com autonomia mínima de 2 horas, Entrada USB ou SDcard para exportação de dados, Compatível com centrais de monitoramento (rede hospitalar); Certificações obrigatórias: Registro válido na ANVISA, Certificado de conformidade INMETRO / RBC, Atende às normas da ABNT NBR IEC 60601-1 e 60601-2; Acessórios obrigatórios (1 para cada unidade): Cabo de ECG (mínimo 5 vias) com eletrodos reutilizáveis, Manguito adulto + tubo para pressão, Sensor de SpO2 adulto (tipo dedo), Sensor de temperatura, Cabo de força, Suporte para pedestal ou fixação em leito (dependendo do uso); Assistência técnica e garantia: Garantia mínima de 12 meses, Suporte técnico nacional autorizado, manual em português.
-----------	---

Considerando que a alteração promovida não é relevante para a formulação das propostas, fica mantida a data de realização da sessão pública para o dia **01 de dezembro de 2025, às 13h** (horário de Brasília). Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e especificações do Edital e seus Anexos.

Cantagalo, 28 de novembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
JANINE HUGUENIN MEIRELLES DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

Janine Huguenin Meirelles de Souza
Pregoeira Municipal
Portaria nº 9.980/2024