



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

Cantagalo, 08 de agosto 2023.

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento em relação ao certame licitatório nº 63/2023, na modalidade de Pregão Eletrônico, cujo objeto é aquisição de equipamentos de fisioterapia e reabilitação para atender as demandas existentes no Fundo Municipal de Saúde - CAPS.

1 – Prezados, gostaria de um esclarecimento sobre a voltagem do equipamento de ar condicionado, referente ao Pregão Eletrônico Nº 000063/2023, FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CANTAGALO, (Processo Administrativo nº000242/2023), item 024.

AR CONDICINADO 12.000 BTUS 110 V Ar - condicionado, Split, 12000 Btus, HiWall, ciclo frio, função sleep, timer on/off, direcionador de fluxo, controle remoto com display digital, compressor rotativo, gás refrigerante R- 410A, serpentina de cobre, função swing, frequência 60 Hz, 110 v, monofásico, selo Procel com classificação energética (INMETRO) A. 12 meses de garantia.

A voltagem do equipamento tem que ser 110 V ou é aceito 220V?

R – Quanto ao questionamento à voltagem do referido equipamento de ar condicionado, no item 24 do presente pregão eletrônico, não será possível adquirir um equipamento com voltagem diferente da apresentada no edital (110V), pois as instalações a serem atendidas foram concebidas para equipamentos com essa voltagem.

Considerando as resposta apresentada pelo setor responsável através do Ofício nº 267/SMS/2023 e, por entendermos que tal resposta não afeta a formulação das propostas, fica mantida a data da realização do certame.



Carlos Alexandre Marques da Silva
Pregoeiro